REALQUALITY RQ-VZV STANDARD

CE IVD

Standard quantificati pronti all'uso per la quantificazione del virus *Varicella Zoster* (VZV)

Cod. RQ-36

Descrizione	Lo standard quantificato REALQUALITY RQ-VZV STANDARD è da utilizzarsi esclusivamente in associazione al kit REALQUALITY RS-VZV cod. RQ-35 qualora il test sia di tipo quantitativo. Lo standard è costituito da frammenti di DNA contenenti la regione genica d'interesse e non costituisce pertanto alcun pericolo per l'operatore.
Stato dei reagenti	Pronti all'uso
Confezionamento	4 × 60 µL Vengono forniti 4 punti di calibrazione, ciascuno subaliquotato in 3 x 20 µL, in quantità sufficiente per allestire fino a 12 curve standard.
Stabilità	18 mesi Ciascuna aliquota dello standard può subire un numero massimo di 3 cicli di congelamento e scongelamento: ulteriori cicli compromettono la stabilita del prodotto e ne possono alterare la concentrazione.
Conservazione	-30°C/-20°C Si raccomanda di congelare lo standard dopo ciascun utilizzo.
Concentrazione	STANDARD 1: 20 copie genoma virale/µL STANDARD 2: 200 copie genoma virale/µL STANDARD 3: 2.000 copie genoma virale/µL STANDARD 4: 20.000 copie genoma virale/µL
Istruzioni per l'uso	Per ottenere una curva standard nel range 10^2-10^5 copie di DNA, utilizzare 5 µL a reazione, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel manuale d'uso del kit REALQUALITY RS-VZV cod. RQ-35. Si raccomanda di vortexare e centrifugare ciascuna *vial* prima dell'uso.

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI		
Cod.	**Prodotto**	**Formato**
RQ-36-SM	REALQUALITY RQ-VZV STANDARD	4 x 60 µL
abbinato al prodotto:		
RQ-35-4M	REALQUALITY RS-VZV	50 test
RQ-35-6M		100 test

RQ-VZV_STD_techleaf_i20260123

AB ANALITICA srl Via Svizzera 16
35127 Padova • ITALY • P.IVA 02375470289
Tel +39 049 761698 • Fax +39 049 8709510
info@abanalitica.it • **www.abanalitica.com**